

JCSS

登 録 証

株式会社大手技研 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として
登録します。

登 録 番 号 0 2 1 4

事業所の名称 株式会社大手技研

テクノロジーセンター

校正サービスグループ

所 在 地 茨城県かすみがうら市中台258番地1

登録に係る区分 質量、圧力、温度（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 令和5年7月28日

令和元年7月29日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬





登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：平成 21 年 9 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：平成 21 年 9 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：分銅等 [令和元年 7 月 29 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (協定質量の校正) (信頼の水準約 95 %)
分銅等	分銅	1 mg	0.005 mg
		2 mg	0.005 mg
		5 mg	0.005 mg
		10 mg	0.005 mg
		20 mg	0.005 mg
		50 mg	0.005 mg
		100 mg	0.010 mg
		200 mg	0.010 mg
		500 mg	0.010 mg
		1 g	0.050 mg
		2 g	0.050 mg
		5 g	0.15 mg
		10 g	0.15 mg
		20 g	0.15 mg
		50 g	0.15 mg
		100 g	0.15 mg
		200 g	0.20 mg
		500 g	2.0 mg
		1 kg	2.0 mg
		2 kg	3.0 mg
		5 kg	10 mg
		10 kg	25 mg
	おもり	1 mg 以上 2 g 以下	0.05 mg
		2 g 超 200 g 以下	0.5 mg
		200 g 超 1 kg 以下	4.0 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	6.0 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	15 mg
		5 kg 超 15 kg 以下	50 mg





登録（認定）に係る区分：圧力

法律に基づく初回登録年月日：平成 20 年 6 月 11 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：平成 20 年 6 月 11 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：圧力計[令和元年 7 月 29 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法 の区分の 呼称	種類	校正範囲			校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
圧力計	重錘形 圧力 天びん	気体	ゲージ 圧力	10 kPa 以上 350 kPa 以下	0.0035 %又は 1.0 Pa のうち大きい方の値	
				350 kPa 超 7000 kPa 以下	0.0037 %又は 19 Pa のうち大きい方の値	
		液体	ゲージ 圧力	0.1 MPa 以上 100 MPa 以下	0.0060 % 又は 0.60 kPa のうち大きい方の値	
				100 MPa 超 200 MPa 以下	0.0070 %	
				200 MPa 超 350 MPa 以下	0.010 %	
				350 MPa 超 400 MPa 以下	0.013 %	
		圧力計 (デジタル 圧力計、圧力 変換器)	気体	絶対 圧力	10 kPa 以上 7000 kPa 以下	0.0040 % 又は 4.0 Pa のうち大きい方の値
	-90 kPa 以上 -10 kPa 以下				10 Pa	
	ゲージ 圧力			10 kPa 以上 7000 kPa 以下	0.0040 % 又は 1.0 Pa のうち大きい方の値	
			液体	絶対 圧力	0.2 MPa 以上 100 MPa 以下	0.0060 % 又は 0.60 kPa のうち大きい方の値
	100 MPa 超 200 MPa 以下				0.0070 %	
	200 MPa 超 350 MPa 以下				0.010 %	
	350 MPa 超 400 MPa 以下				0.013 %	
	ゲージ 圧力		0.1 MPa 以上 100 MPa 以下	0.0060 % 又は 0.60 kPa のうち大きい方の値		
			100 MPa 超 200 MPa 以下	0.0070 %		
			200 MPa 超 350 MPa 以下	0.010 %		
			350 MPa 超 400 MPa 以下	0.013 %		
	機械式 圧力計		気体	ゲージ 圧力	-90 kPa 以上 -10 kPa 以下	100 Pa
					10 kPa 以上 7000 kPa 以下	最大圧力の 0.10 %
		液体	ゲージ 圧力	0.1 MPa 以上 200 MPa 以下	最大圧力の 0.10 %	





登録（認定）に係る区分：温度

法律に基づく初回登録年月日：平成 25 年 9 月 5 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：平成 25 年 9 月 5 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：接触式温度計 [令和元年 7 月 29 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)
接触式温度計	指示計器付温度計 (比較校正法)	0 °C以上 100 °C以下	0.050 K